



SOCIEDADE BRASILEIRA DE
CIRURGIA PLÁSTICA



FILIADA À ASSOCIAÇÃO MÉDICA
BRASILEIRA

Presidente:
NÍVEO STEFFEN
1º Vice Presidente:
WILSON CINTRA JUNIOR
2º Vice Presidente:
FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO
Secretário Geral:
DÊNIS CALAZANS LOMA
Secretária Adjunto:
MARCELA CAETANO CAMMAROTA
Tesoureiro Geral:
LEANDRO DA SILVA PEREIRA
Tesoureiro Adjunto:
RODRIGO DE FARIA VALLE DORNELLES

NOTA OFICIAL
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA
IMPLANTES DE SILICONE

Em que pese o alerta de segurança emitido pela autoridade sanitária americana (F.D.A. - Food and Drug Administration), em 24/julho/2019, recomendando o recolhimento dos implantes de silicone da marca ALLERGAN do tipo BIOCELL de macrot textura, por suposta associação a um tipo de linfoma nominado BIA-ALCL - Breast Implant-Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma (Linfoma Anaplásico de Células Gigantes); a SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA (SBCP), **RECOMENDA:**

A pacientes:

- Não há motivo evidente de alarme ou pânico;
- Não há necessidade da retirada dos implantes, se não há sintomas;
- Todas as pacientes portadoras ou não de implantes mamários devem promover periodicamente os exames rotineiros de prevenção, seguindo as mesmas orientações médicas habituais;
- É fundamental que as pacientes portadoras de implantes de silicone conheçam os dados técnicos (marca; modelo; referências de fabricação; e outros) de suas próteses;
- Embora a raríssima ocorrência estatística deste tipo de Linfoma, a SBCP permanece vigilante e ativa com investigações científicas em prol da segurança profissional e sobretudo de pacientes;
- Apenas as pacientes sintomáticas (inchaço duradouro e dor local) devem procurar assistência de seus médicos especialistas, para aprofundar os exames (exames radiológicos de imagem, e outros).

Aos médicos:

- Manter a vigilância, assistência de pacientes portadoras de implantes de silicone, atentando-se para os protocolos científicos de diagnóstico e tratamento dos casos de edema súbito, permanente e/ou mastalgia;
- Notificação de eventuais diagnósticos firmados de BIA-ALCL, à SBCP por meio de e-mail: presidente@cirurgioplastica.org.br;
- Prudência e ética em seus comunicados e informes em mídias sociais e outros;
- Está agendada para o dia 09/agosto/2019, na Associação Médica Brasileira (AMB), a segunda reunião (primeira realizada em maio/2019) com a ANVISA e Sociedades de especialidades afins, sobre este tema;
- A ação de recolhimento dos implantes ALLERGAN do tipo BIOCELL, em território nacional, foi ação espontânea do fabricante, sem imposição da autoridade sanitária brasileira (ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

Registro ANVISA

80143600096

80143600100

80143600102

Produto

Natrelle® Expansor Tissular

Natrelle® Implante Mamário Texturizado

Natrelle® Implante Mamário Duplo Lúmen

- A ALLERGAN disponibilizou canais de comunicação para maiores esclarecimentos e recomendações:

0800 14 4077

+55 11 99401-4039

+55 11 2597-8653

domingues_gabriela@allergan.com

São Paulo, 25 de julho de 2019

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA

Rua Funchal 129 - 2º andar - Cep: 04551-060 - Vila Olímpia - São Paulo - SP

+55 11 3044-0000 - Fax: +55 3846-8813

e-mail: sbcp@cirurgioplastica.org.br - www.cirurgioplastica.org.br